



アンプ部

センサー部（電極）

（センサー側にはガード部はありません）



センサー部側では、ガード端子は浮かしております。

※1. 金属ケーブルラントは、EMC対策用となります。
詳細については、取扱説明書をご参照下さい。

※2. ガード端子：ガード部にアース線や他の線を結線すると、
本器は正常に動作しません。
専用ケーブルのガード以外に何も結線しないでください。

※アース線は必ず接地して下さい。

※1. 金属ケーブルラント

※1. 金属ケーブルラント

※3. 専用ケーブル（外皮：PVC）

※1. 金属ケーブルラント

- ※3. 専用ケーブルについて
- アンプとセンサーを接続しているケーブルは、弊社の専用ケーブルです。
 - 本器は、ご指定いただいたケーブルの長さでアンプの調整を行い、出荷しております。以下の行為をされますと、本器は正常に動作しませんのでお控えください。
 1. 専用ケーブルの長さを短くするために切断する。
 2. 専用ケーブル以外のケーブルを使用する。
 3. 専用ケーブルの途中にコネクタ類を設け、着脱（あるいは中継）する。
 - 専用ケーブルが長い場合は切断せず、巻いてご使用ください。

			図名 TITLE		LT-EXD3型（CEマーク品） 結線図				三角法 PROJECTION THIRD ANGLE		尺度 SCALE	図面 DWG No.	A1702-8486 3/3	
			保存	REVISION	承認	APPROVED	検図	CHECKED	製図	DRAWN	日付	DATE	 株式会社 Y.E.I. Y.E.I. CO., LTD.	
配号 M, K	日付 DATE	図番改訂 REVISION									2017. 10. 18			